

デジタル・マルチメータ

7470

性能

直流電圧測定 (DCV)

入力端子	レンジ	7½桁表示 ^{*1}		6½桁表示 ^{*1}		入力インピーダンス
		最大表示	分解能	最大表示	分解能	
VΩ Hi-Lo	100mV	119.9999	100nV	119.9999	100nV	1GΩ以上
	1000mV	1199.9999	100nV	1199.999	1μV	
	10V	11.999999	1μV	11.99999	10μV	
	100V	119.99999	10μV	119.9999	100μV	
	1000V	1099.9999	100μV	1099.999	1mV	
						10MΩ±1%
						10MΩ±1%

*1 7½桁表示は積分時間1PLC以上(100mVレンジは6½桁)、6½桁表示は1ms以上

測定精度: ±(ppm of reading + digits)、オート・ゼロON時

温度係数: ±(ppm of reading + digits)/°C、オート・ゼロON時

温度範囲 0°C ~ +18°C、+28°C ~ +45°Cにおいて

6½桁表示

積分時間	レンジ	測定精度			温度係数 ^{*3}	
		24H ^{*2} 23°C±1°C	90日 23°C±5°C	1年 23°C±5°C	INTCAL なし	INTCAL あり
5PLC ~100PLC	100mV	25+20	25+20	35+20	4+3	0.8+3
	1000mV	15+4	18+4	25+4	4+0.3	0.8+0.3
	10V	10+2	15+2	20+2	3+0.2	0.6+0.2
	100V	15+4	25+4	35+4	4+0.3	0.8+0.3
	1000V	17+3	25+3	35+3	4+0.3	0.8+0.3

*2 校正標準に対する相対値

*3 INTCALなし 周囲の温度変化に関わらずINTCALを実行しない場合
INTCALあり 周囲の温度変化に応じてINTCALを実行した場合

7½桁表示

積分時間	レンジ	測定精度			温度係数 ^{*3}	
		24H ^{*2} 23°C±1°C	90日 23°C±5°C	1年 23°C±5°C	INTCAL なし	INTCAL あり
5PLC ~100PLC	100mV	6½桁表示と同じ				
	1000mV	6½桁表示の測定精度におけるdigit項を10倍にする				
	10V	6½桁表示の測定精度におけるdigit項を10倍にする				
	100V	6½桁表示の測定精度におけるdigit項を10倍にする				
	1000V	6½桁表示の測定精度におけるdigit項を10倍にする				

ノイズ除去 Guard-VLo端子間、不平衡インピーダンス1kΩ

積分時間	実行CMRR		NMRR
	50/60Hz±0.08%	DC	50/60Hz±0.08%
10msec以下	100dB	140dB	0dB
1PLCの整数倍	160dB	140dB	60dB

抵抗測定 (2WΩ, 4WΩ)

入力端子	レンジ	最大表示 7½桁 ^{*4}	分解能		測定電流	開放端子間電圧	最大許容抵抗 (線路抵抗含む)
			7½桁	6½桁			
VΩ Hi-Lo 4WΩ Hi-Lo	10Ω	11.99999	10μΩ	10μΩ	10mA	23V	12Ω
	100Ω	119.99999	10μΩ	100μΩ	10mA	23V	120Ω
	1000Ω	1199.9999	100μΩ	1mΩ	1mA	23V	1200Ω
	10kΩ	11.999999	1mΩ	10mΩ	1mA	23V	12kΩ
	100kΩ	119.99999	10mΩ	100mΩ	100μA	23V	100kΩ
	1000kΩ	1199.9999	100mΩ	1Ω	10μA	17V	1000kΩ
	10MΩ	11.999999	1Ω	10Ω	1μA	17V	10MΩ

*4 7½桁表示は積分時間1PLC以上(10Ωレンジは6½桁)、6½桁表示は1ms以上

積分時間設定による追加誤差

積分時間	追加誤差±(digits+μV)	
1msec≤IT<1PLC	FAST含む	2+20
1PLC≤IT<5PLC	MED含む	1+0

最大許容印加電圧

VΩHi-VΩLo端子間	1000V peak
VΩLo端子-シャーシ間	100V
VΩLo-Guard端子間	50V peak
Guard端子-シャーシ間	100V

デジタル・マルチメータ

直流電圧
電流発生器

デジタル・マルチメータ
エレクトロメータ

光パワー・メータ

光スベクトラム・アナライザ

デジタル温度計

スキャナ

ケーブル、アクセサリ

品質保証

価格表

測定精度: $\pm(\text{ppm of reading} + \text{digits})$ 、オート・ゼロON時
 温度係数: $\pm(\text{ppm of reading} + \text{digits})/^\circ\text{C}$ 、オート・ゼロON時
 温度範囲 $0^\circ\text{C} \sim +18^\circ\text{C}$ 、 $+28^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$ において

6½桁表示

積分時間	レンジ	測定精度			温度係数 ^{*6}	
		24H ^{*5} 23°C±1°C	90日 23°C±5°C	1年 23°C±5°C	INTCAL なし	INTCAL あり
5PLC ~100PLC	10Ω	30+28	50+28	60+28	4+3	2+3
	100Ω	30+6	40+6	50+6	4+0.3	2+0.3
	1000Ω	20+3	30+3	50+3	4+0.3	2+0.3
	10kΩ	20+3	30+3	50+3	4+0.3	2+0.3
	100kΩ	20+3	30+3	50+3	4+0.3	2+0.3
	1000kΩ	30+3	50+3	60+3	4+0.3	2+0.3
	10MΩ	150+3	200+3	250+3	15+0.2	5+0.2

^{*5} 校正標準に対する相対値
^{*6} INTCALなし 周囲の温度変化に関わらずINTCALを実行しない場合
 INTCALあり 周囲の温度変化に応じてINTCALを実行した場合

積分時間設定による追加誤差

積分時間	追加誤差±(digits+mΩ)	
1msec≤IT<1PLC	FAST含む	2+20
1PLC≤IT<5PLC	MED含む	1+0

7½桁表示

積分時間	レンジ	測定精度			温度係数 ^{*6}	
		24H ^{*5} 23°C±1°C	90日 23°C±5°C	1年 23°C±5°C	INTCAL なし	INTCAL あり
5PLC ~100PLC	10Ω	6½桁表示と同様 6½桁表示の測定精度におけるdigit項を10倍にする				
	100Ω					
	1000Ω					
	10kΩ					
	100kΩ					
	1000kΩ					
	10MΩ					

最大許容印加電圧

VΩHi-VΩLo端子間	1000V peak
VΩLo端子-シャーシ間	100V
VΩLo-Guard端子間	50V peak
Guard端子-シャーシ間	100V
4WΩHi-4WΩLo端子間	300V peak
4WΩHi,Lo端子-シャーシ間	250V
4WΩHi,Lo端子-Guard間	200V peak

測定時間(代表値)

測定条件 トリガソース: IMMEDIATE
 メモリストア: OFF
 レンジ: 固定(オート・レンジOFF)
 表示: OFF
 その他の設定は初期値
 2WΩ/4WΩは10Ωレンジ

1. オート・ゼロOFF

RATE設定	測定速度(時間)			積分時間	表示桁数
	DCV	2WΩ	4WΩ		
FAST	212回/s (4.7ms)	212回/s (4.7ms)	81回/s (12.3ms)	2ms	6½
MED	20回/s (50ms)	20回/s (50ms)	20回/s (50ms)	1PLC	7½
SLOW	2回/s (500ms)	2回/s (500ms)	2回/s (500ms)	10PLC	7½

2. オート・ゼロON

RATE設定	測定速度(時間)			積分時間	表示桁数
	DCV	2WΩ	4WΩ		
FAST	119回/s (8.4ms)	84回/s (11.8ms)	81回/s (12.3ms)	2ms	6½
MED	20回/s (50ms)	20回/s (50ms)	20回/s (50ms)	1PLC	7½
SLOW	2回/s (500ms)	2回/s (500ms)	2回/s (500ms)	10PLC	7½

デジタル・マルチメータ
 直流電圧
 電流発生器
 デジタル・ローメータ
 光パワー・メータ
 光スペクトラム・アナライザ
 デジタル温度計
 スキャナ
 ケーブル、アクセサリ
 品質保証
 価格表

デジタル・マルチメータ

7470

演算機能

NULL演算

演算式: 表示値(NULL) = 測定値 - NULL定数
定数: NULL定数

スムージング演算

演算式: 表示値(SM) = 指定回数の移動平均値
定数: スムージングの回数

コンパレータ演算

演算式: 判定(HIGH) ← HIGH設定値 < 測定値
判定(LOW) ← 測定値 < LOW設定値
判定(GO) ← LOW設定値 ≤ 測定値 ≤ HIGH設定値
定数: HIGH設定値、LOW設定値

スケールリング演算

演算式: 表示値(SCL) = (測定値 - Y) / X × Z
定数: X, Y, Z定数

MAX・MIN演算

演算式: 表示値(MAX) = 演算開始後の最大測定値
表示値(MIN) = 演算開始後の最小測定値
平均値(AVE) = 演算開始後の算術平均(リモート出力のみ)

dB・dBm演算

演算式: dB表示値 = 20log(測定値/D)
dBm表示値 = 10log((測定値)²/D) / 10⁻³
定数: D定数

統計演算

サンプル数: 表示値(SAMPLE) = 測定メモリ内の指定範囲の測定値の数
最大値: 表示値(MAX) = 測定メモリ内の指定範囲の最大測定値
最小値: 表示値(MIN) = 測定メモリ内の指定範囲の最小測定値
平均値: 表示値(AVE) = 測定メモリ内の指定範囲の平均値
標準偏差: 表示値(SIGMA) = 測定メモリ内の指定範囲の標準偏差
バラツキ幅: 表示値(P-P) = 測定メモリ内の指定範囲の(最大測定値) - (最小測定値)

インタフェース仕様

リモート制御

リモート・コマンド: ADCコマンド体系に準拠
インタフェース: GPIBまたはUSBどちらかを選択

GPIB

規格: IEEE488.2準拠
コネクタ: 24ピン・アンフェノール
インタフェース機能: SH1, AH1, T5, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E2
出力フォーマット: ASCII
アドレス指定: 正面パネルより31種類のトーカー/リスナー・アドレス指定

USB

規格: USB2.0 Full-Speed準拠
コネクタ: タイプB

外部トリガ入力

コネクタ: BNCコネクタ
信号レベル: TTL、立下りエッジ検出
パルス幅: 1μsec以上

コンプリート出力

コネクタ: BNCコネクタ
信号レベル: TTL、負パルス
パルス幅: 5μsec/100μsec以上を選択
シンク電流: 20mA以下

一般仕様

使用環境範囲: 周囲温度 0℃~+45℃
相対湿度 85%RH以下、結露のないこと
抵抗測定1MΩ、10MΩレンジでは65%RH以下

保存環境範囲: 周囲温度 -25℃~+70℃
相対湿度 85%RH以下、結露のないこと

ウォームアップ時間: 60分以上

表示: 10進8桁、7セグメント蛍光表示管

レンジ切換: 手動および自動

入力方式: フローティングおよびガード方式

最大許容印加電圧:

				VΩ HI	4WΩ HI
				150Vpeak	150Vpeak
		4WΩ LO	150Vpeak	1000Vpeak	300Vpeak
		VΩ LO	200Vpeak	1050Vpeak	150Vpeak
シャーシ	100V	100V	250V	1100V	250V

測定方式: 積分方式

過入力表示: OL表示、ERR表示

入力端子切換: フロント/リア切り替え(手動およびリモート)

メモリ: データメモリ 最大10000データ

条件設定メモリ 4(USER0~USER3)

トリガ機能: 外部トリガ、パネル・キー、BUS(GPIB, USB)

電源: AC電源100/120/200/220V(ユーザにて切替可能)

オプションNo.	標準	OPT.32	OPT.41	OPT.42
電源電圧	100V	120V	200V	220V

注文時指定

ユーザにて電源電圧を変更する場合は、適合ケーブルと適合ヒューズをご使用ください。

電源周波数: 50Hz/60Hz

消費電力: 44VA以下

外形寸法: 約424(幅) × 88(高) × 340(奥行)mm

質量: 6.6kg以下

安全性: IEC61010-1準拠 測定カテゴリII

EMC: EN61326 class A

付属品

A01402 電源ケーブル(JIS 2m)
CC010001 入力ケーブル(テスト・プローブ 1m)
CC015001 ワニ口クリップ・アダプタ(CC010001用)

アクセサリ

A01035 入力ケーブル(低熱起電力、ガード付き) ￥22,000
A01006 入力ケーブル(4端子抵抗測定用) ￥10,000
1111 ターミナル・アダプタ ￥3,800
A02716 ラックマウント・セット(EIA 2U取手無)* ￥12,000
A02717 ラックマウント・セット(JIS 2U取手無)* ￥12,000

*取手付ラックマウント・セットは別途ご相談下さい

デジタル・マルチメータ

直流電圧
電流発生器

デジタル・マルチメータ

光パワー・メータ

光スペクトラム・アナライザ

デジタル温度計

スキャナ

ケーブル、アクセサリ

品質保証

価格表